

**Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços**

**Nº20181505S044HMI**

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o **HMI** - Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Quadra. 37, Lote 14, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.

**Objeto: Serviço**

**Data de Início do recebimento das propostas: 15/05/2018**

**Data Final do recebimento das propostas: 18/05/2018**

O detalhamento do objeto, com suas especificações, quantidades, volumes e outros, poderão ser encontrados na plataforma eletrônica **www.bionexo.com.br**. Não possuindo cadastro ativo no portal supracitado, o detalhamento do objeto deverá ser solicitado no endereço de e-mail:

compras.go@igh.org.br, o orçamento deverá ser enviado via e-mail contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta. Em tempo, informamos que se encontra disponível fisicamente o detalhamento do edital no seguinte endereço: Av. Perimetral, 1650, Qd. 37 Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74530-026. O resultado será publicado em até 3 (três) dias úteis após o recebimento das propostas.

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

**QTDE**

|                                                                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SERVIÇO DE REPARO DA BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA:WELMY, MODELO: 109-E SERIE: 49314. MANUTENÇÃO (REPARO NO MODO DE CALIBRAÇÃO; CALIBRAÇÃO COM TROCA DE LACRE DO IMETRO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V, 220 VCA. | 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|