



Nº 2023315TP38176HEMU
 O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público o resultado da Tomada de Preços, com a finalidade de adquirir bens, insumos e serviços para o HEMU - Hospital Estadual da Mulher, com endereço à Rua R-7, S/N, Setor Oeste, Goiânia, CEP: 74.125-090.

Bionexo do Brasil Ltda
 Relatório emitido em 11/08/2023 10:28

Comprador

IGH - HEMU - Hospital Estadual da Mulher (11.858.570/0002-14)
 AV. PERIMETRAL, ESQUINA C/ RUA R7, SN - SETOR COIMBRA - GOIÂNIA, GO CEP: 74.530-020

Relação de Itens (Confirmação)

Pedido de Cotação : 290582533
 COTAÇÃO Nº 38176 - EQUIPAMENTO MÉDICO - HEMU MAIO2023
 Frete Próprio

Observações: *PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem estar regulares desde a data da emissão da proposta até a data do pagamento. *REGULAMENTO: O processo de compras obedecerá ao Regulamento de Compras do IGH, prevalecendo este em relação a estes termos em caso de divergência.

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Fornecedor : Todos os Fornecedores ▼

Data de Confirmação : Todas ▼

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 O. J. B. Nicesio SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Ricardo Goncalves Nicesio - (17) 3304-7701 rhoss@rhoss.com.br Mais informações	R\$ 400,0000	20 dias após confirmação	30/06/2023	30 ddl	CIF	null

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Preço Fábrica	Rent(%)	Quantidade	Valor Total	Usuário	
INCUBADORA BIOLÓGICA MIN. 4 AMPOLAS INCUBADORA BIOLÓGICA COMPACTA E RESISTENTE; CAPACIDADE NO MÍNIMO 4 AMPOLAS DE TESTE BIOLÓGICO; SER DE USO INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO-CONTIDOS PARA A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO CICLO DEVE TER 12 A 24 HORAS; BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V); TEMPERATURA MÍNIMA DE INCUBAÇÃO DE 56°C;	70848	-	Cristofoli - Cristofoli - Cristofoli	UN	O. J. B. Nicesio	MINI- INCUBADORA P/ INDICADOR BIOLÓGICO: Temperatura Maxima de Incubacao: 60 oC; Capacidade: 4 indicadores; Potencia: 10 Watts; Voltagem: 127 / 220 V - Comutacao Automatica; Frequencia: 50/60 Hz; Dimensoes: 8,7 x 7,6 cm (A x D); Orificio para o indicador: 10 x 37 mm (D x P); Peso Bruto: 300 g; Garantia: 1 ano; Marca: Cristofoli	;- MUNDI não atende todas as especificações solicitadas conforme analise da engenharia clinica em anexo.	R\$ 402,2000	R\$ 0,0000	-	1 Unidade	R\$ 402,2000	Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 10/08/2023 14:32	
											Total Parcial:	1.0	R\$ 402,2000	

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Total 1.0 R\$
Geral: 402,2000

[imprimir](#) [voltar](#)

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página